



식품의약품안전처

수신 수신자 참조

(경유)


제목 의료기기 안전성 정보 홍보 요청[의료용화학소독기]

1. 의료기기 제품 사용과 관련, 다음 사항을 협조 요청하오니 귀 회 회원 의료 기관에 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

가. 의료기기 제조업체인 (주)신기연에서 제조·판매한 의료용화학소독기는 재사용 인공신장기용여과기에만 사용할 수 있고 1회용 인공신장기용여과기에는 사용할 수 없는 제품입니다.

나. (주)신기연에서 의료용화학소독기를 구입한 의료기관에서는 1회용 인공신장기용여과기에는 사용하지 마시기 바랍니다. 끝.

식품의약품안전처장



수신자 대한병원협회장, 대한의사협회장

주무관

구자중

사무관

이기호

의료기기관리 전결 2013. 4. 20.
과장 서갑중

협조자

시행 의료기기관리과-643

(2013. 4. 20.)

접수

우 363-951

충북 청원군 오송읍 오송생명2로 187(연제리 643) 오송생명
과학단지 내 보건의료행정타운 식품의약품안전처 209호

/ <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 043-719-3756

팩스번호 043-719-3750

/ kjj76@kfda.go.kr

/ 비공개(5)

