



식품의약품안전처

수신 수신자 참조
(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 홍보[지혈대]

1. 의료기기 안전성 정보와 관련됩니다.
2. 최근 미국 워싱턴 인터폴에서 위조 지혈대가 유통되고 있으며, 쉽게 파손되고 적절히 조여지지 않아 지혈 작용을 하지 못하는 등 부작용이 있어 주의를 요한다는 인터폴 오렌지 경보를 통보하였습니다.
* 인터폴 오렌지 경보 : 인터폴의 수배 등급 중 하나로 사람이나 물체 또는 공공 안전에 심각한 위협이 될 사건이 발생할 수 있다는 것을 경고할 경우 통보
3. 이에 따라, 우리 처에서는 제품 사용 시 주의사항 및 미국 워싱턴 인터폴에서 통보한 안전성 정보를 붙임과 같이 안내하오니, 귀 부(기관, 단체)에서는 동 정보를 업무에 참고하시고, 관계기관 및 관계자에게 적극 알려 부작용 발생을 예방할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

<지혈대 사용 시 주의사항>

- 지혈대 구입 시 의료기기로 신고된 제품인지 확인할 것
- 제품이 위조품으로 의심되는 경우 제조·수입업체에 연락하여 확인할 것

4. 더불어 의료기기 신고 여부는 “식품의약품안전처 > 의료기기 전자민원창구 > 정보마당 > 제품정보방” 에서도 확인할 수 있습니다.

- 붙임 1. 미국 워싱턴 인터폴 오렌지 경보 원본 1부.
2. 미국 워싱턴 인터폴 오렌지 경보 번역본 1부. 끝.





식품의약품안전처장

수신자 보건복지부장관(보건의료정책과장), 보건복지부장관(의료자원정책과장), 보건복지부장관(의료기관정책과장), 대한병원협회장, 대한의사협회장, 의료기기정보기술지원센터장, 한국의료기기산업협회장, 한국의료기기공업협동조합이사장, 의료기관평가인증원장, 의료기기안전성정보모니터링센터장, 한국응급구조학회장, 소방청장(119구조과장), 중앙119구조본부장(특수장비항공팀장)

연구원 김연지 사무관 김현호 의료기기안전 전결 2018. 2. 22.
평가과장 유희상

협조자

시행 의료기기안전평가과-1611 (2018. 2. 22.) 접수

우 28159 충북 청주시 흥덕구 오송읍, 의료기기안전평가과 / www.mfds.go.kr

전화번호 043-719-5014 팩스번호 043-719-5000 / sayyeon@korea.kr / 부분공개(5)

일자리가 성장이고 복지입니다.