



서울지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 판매중지·회수 및 회수사실 공표 등 명령 알람[(주)지에이치엘]

1. 의료기기안전관리과 업무와 관련입니다.


2. 우리 청 관내 의료기기 제조업체 “(주)지에이치엘”가 제조·판매한 다음 의료기기에 대하여 2017. 12. 12.(화)자로 “판매중지·회수 및 회수사실공표 등 명령” 하였음을 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

업 종	업체명 (업허가번호)	품목명 [품목허가번호/모델명]	판매중지 및 회수사유	위해성 정도
제 조	(주)지에이치엘 (제3845호)	의료용레이저조사기 [제허13-2203호/ F-7000 외 1건] ※ 동 의료기기는 조합의료기기(의료용레이저조사기, 저주파자극기, 초음파자극기, 의료용온열기) 및 한벌구성의료기기(의료용레이저조사기, 레이저 방어용안경)로 허가받음	아래의 시험검사 부적합 ① 인터록 시험 ② 개인용온열기-온도상승시험 ③ 저주파자극기- 모드별 특성에 관한 시험, 출력주파수 출력의 정확성 시험	3

끝.



서울지방식품의약품안전청



수신자 식품의약품안전처장(의료기기관리과장), 식품의약품안전처장(의료기기관리과장), 식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장), 식품의약품안전평가원장(심혈관계기기과장), 식품의약품안전평가원장(정형재활기기과장), 식품의약품안전평가원장(구강소화기기과장), 운영지원과장, 부산지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 경인지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품실사과장), 대구지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 광주지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품실사과장), (사)한국의료기기산업협회, 한국의료기기공업협동조합, (사)대한치과기재협회, (사)대한의료기기판매협회, 대한병원협회 귀하, 대한의사협회 귀하, 국민건강보험공단이사장, 건강보험심사평가원장, 의료기기정보기술지원센터장, 서울특별시시장(보건의료정책과장), 부산광역시시장(보건위생과장), 대구광역시시장(보건건강과장), 인천광역시시장(보건정책과장), 광주광역시시장(건강정책과장), 대전광역시시장(보건정책과장), 울산광역시시장(식의약품안전과장), 경기도지사(보건정책과장), 강원도지사(식의약품과장), 충청북도지사(식의약품안전과장), 충청남도지사(보건정책과장), 전라북도지사(보건의료과장), 전라남도지사(식의약품과장), 경상북도지사(식의약품과장), 경상남도지사(식의약품과장), 세종특별자치시 보건소장(보건행정과장)

주무관 남수현 사무관 이재근 의료기기안전 전결 2017. 12. 12.
관리과장 김혁주

협조자

시행 의료기기안전관리과-9866 (2017. 12. 12.) 접수

우 07978 서울특별시 양천구 목동중앙로 212, (목동, 서울지방식품의약품안전청) / <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 02-2640-4960 팩스번호 02-2640-1366 / soohyun22@korea.kr / 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.