



식품의약품안전처



수신 수신자 참조
(경유)

제목 의료제품 세척기 관련 정보사항 알림

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 최근 우리 처 조사결과, 세척기 제품에 의료기구 등을 소독하는 기능이 없음에도 디스플레이 화면 또는 모델명 등을 통해 이를 표시·광고하는 사례가 확인되었습니다.
3. 따라서, 아래 회사의 세척기를 사용하고 있는 경우에는 사용 후 반드시 소독 또는 멸균을 실시할 수 있도록 귀 협회의 회원 및 비회원에게 널리 알려주시기 바랍니다.

- 아 래 -

연번	업체명	모델명	제조원(국가)
1	㈜메드프로	WD290 등 세척기 전모델	BELIMED AG (스위스)
2	계팅게코리아㈜	Getinge 86-Series 등 세척기 전모델	GEINGE GROUP(스웨덴)
3	한국메덴트㈜	G7882CD 등 세척기 전모델	Miele & Cie. KG(독일)
4	㈜밀레코리아	G7882CD 등 세척기 전모델	Miele & Cie. KG(독일)
5	㈜테크노랜드	AMSCO 7053 등 세척기 전모델	TERIS (미국)
6	㈜메덴트프로페셔널	WD7000 등 세척기 전모델	SMEG SPA(이탈리아)

끝.



식품의약품안전처장

수신자 대한의사협회장 귀하, 대한병원협회장 귀하

주무관 신근수 사무관 성홍모 의료기기관리 2017. 4. 27. / 과장 주선태

협조자

시행 의료기기관리과-3234 (2017. 4. 27.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 식품의약품안전처 행정동 514호 / www.mfds.go.kr

전화번호 043-719-3809 팩스번호 043-719-3800 / haharex@kfda.go.kr / 대국민 공개