

인쇄 : 정재용 / 의료기기정책과 (2014-07-16 22:48:28)

정부3.0, 정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다.



식품의약품안전처

식품의약품안전처

수신 수신자 참조

(경유)

제목 수은 사용 혈압계 및 체온계, DEHP 첨가 수액세트 사용금지 계획 알림


- 1. 관련: 식품의약품안전처 의료기기정책과-3038호(2014. 4. 16)
식품의약품안전처 공고 제2014-87호(2014. 4. 14)

2. 우리 처에서는 안전성 등에 문제가 있는 수은 사용 의료기기(체온계, 혈압계 등)와 환경호르몬인 DEHP 첨가 수액세트의 허가 제한 및 제조·수입·판매·사용을 금지하는 내용으로 「의료기기 허가신고·심사 등에 관한 규정」 일부개정고시(안)을 행정예고('14. 4. 14 ~ 6. 16) 하였으며, 관련 사항에 대하여 귀 협회에 알려드린 바 있습니다.

3. 동 개정고시(안) 부칙 제3조에 따르면, 해당 의료기기(수은 사용 혈압계 및 체온계, DEHP 첨가 수액세트)는 2015. 1. 1부터 사용금지 등 행정조치를 할 예정인바, 동 사안에 귀 협회에 다시 알려 드리니, 귀 협회 회원사 및 비회원사에게도 이를 널리 알려 주시어 시행에 차질이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 의료기기 허가신고심사 등에 관한 규정 일부개정고시(안). 끝.

식품의약품안전처



수신자 대한병원협회장, 대한중소병원협회장, 대한외사협회장

주무관 정재용 사무관 기용기 의료기기정책 전결 2014. 7. 16.
과장 설효찬

협조자

시행 의료기기정책과-5455 (2014. 7. 16.) 접수

충북 청원군 오송읍 오송생명 5로 303(만수리 864) 국도
우 363-954 푸르미르 빌딩 4층 식품의약품안전처 의료기기안전국 의료 / <http://www.mfds.go.kr>
기기정책과

전화번호 043-230-0415 팩스번호 043-230-0400 / optjgy@korea.kr / 비공개(5)

소통하는 투명한 정부, 정부3.0으로 함께 만들어 가겠습니다.

