



## 질병관리청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 (주)한국백신 '코박스플루4가PF주' 제조사 회수 관련, 협조 요청

---

### 1. 관련

- 가. 식품의약품안전처 바이오의약품품질관리과-5644(2020. 10. 10.)
- 나. 식품의약품안전처 바이오의약품품질관리과-5641(2020. 10. 10.)
- 다. 질병관리청 예방접종관리과-339(2020. 10. 9.)

### 2. (주)한국백신의 '코박스플루4가PF주' 일부 제품에서 백색 입자가 확인된 것과 관련하여 4개 제조번호(PC200701, PC200702, PC200801, Pc200802)에 대하여 제조사가 자진회수할 계획인 바, 다음 사항을 귀 소속 회원들께 신속히 알려주시기 바랍니다.

- 가. 해당 제품은 **예방접종에 사용하지 마시기 바람**
- 나. 해당 제품은 **별도 보관**(상온 보관 가능)하시기 바람
- 다. **다른 의약품과 섞이지 않도록 회수대상의약품임을 표시**하여 구분 보관하시기 바람
- 라. (주)한국백신에서 최대한 신속하게 회수할 예정이며, 회수관련 문의는 (주)한국백신(02-443-1961~1965)로 하시기 바람

### 3. 참고로, 동 내용으로 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관 중 예방접종통합시스템에 핸드폰 번호가 기입된 의료기관에는 문자를 발송(10.10.)하여 안내한 바 있습니다.

붙임. 식약처의 업무 협조 요청 1부. 끝.

## 질 병 관 리 청 장

수신자 대한의사협회장, 대한병원협회장, 대한개원내과의사회장, 대한소아청소년과의사회장, 대한산부인과의사회장, (직선제)대한산부인과의사회장, 대한가정의학과 의사사회장, 대한이비인후과개원의사회장, 대한아동병원협회장, 대한개원의협의회장, 대한일반개원의협의회장

보건연구사 **장은정**      보건연구관 **유정희**      백신수급과장 **신혜경**      전결 2020. 10. 11.

협조자

시행 백신수급과-137      접수

우 28166      충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 210 오송스퀘어 5 / http://kdca.go.kr  
층

전화번호 043-719-8362      팩스번호 043-719-2898      / ejjang@korea.kr      / 비공개(5)

질병정보 공금할때, 감염병이 의심될 때 질병관리청 콜센터 1339