

위대한 여정 새로운 도약



식품의약품안전처

식품의약품안전처

 정부 3.0
 국민과 함께 하는

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 사용중지 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 우리 처에서 의료기기 제조업체 '(주)프레스티지메디케어'를 조사한 결과, 허가사항과 다른 의료기기('비흡수성이식용메쉬')를 제조하여 성형외과 등에 공급된 사실을 확인하였습니다.

3. 제조업체에 해당 의료기기 전량 회수 및 판매중지를 명하고, 사용이 의심되는 의료기관에 사용중지 요청하였음을 알려 드리니,

3. 귀 기관에서는 소속 회원사 등이 아래 제품 정보를 참고하여 해당 제품에 대한 사용을 즉시 중지하고, 제조업체나 판매업체로 하여금 회수될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 제품 정보

- 제조업자(업허가번호) : (주)프레스티지메디케어(제조업 제2563호)
- 품목명(허가번호) : 비흡수성이식용메쉬(제허13-18호)

항 목	기 허가 제품	위반 제품
상 품 명(모 델 명)	REEBORN(RB-070)	RaiseMeUp(RB-070)
외 형		

붙임 : 사용중지 대상제품 1부, 끝.



식품의약품안전처



수신자 대한병원협회장 귀하, 대한의사협회장 귀하, 대한의원협회장 귀하, 대한의료기기판매협회장 귀하, 대한성형외과협회장 귀하, 대한성형외과학회장 귀하, 대한성형외과협회장 귀하

주무관

박선이

사무관

전결 2016. 10. 11.

성홍모

협조자

시행 의료기기관리과-8323 (2016. 10. 11.) 접수

무 28166 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 303, ((주)국 / www.mfds.go.kr
도토건) 4층

전화번호 043-230-0436 팩스번호 043-230-0430 / bejui@korea.kr / 비공개(5)

국민중심의 서비스 정부로 모두가 행복한 대한민국을 만들어 갑니다.