



식품의약품안전처

식품의약품안전처

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 홍보 요청[성형용 필러]

1. 의료기기 안전사용과 관련됩니다.
2. 최근 언론에서 필러 가슴확대 시술을 받고, 염증·괴사 등 부작용 사례가 증가하였다고 보도되었습니다.
3. 이에 우리 처에서는 필러 사용 시 준수사항을 다음과 같이 안내하오니 귀 부(기관, 단체)에서는 동 정보를 업무에 참고하시고, 아래사항을 관계기관 및 관계자에게 적극 알려, 부작용 발생을 예방할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 가. 안면부 주름 개선의 목적으로 허가된 필러를 가슴 확대 등 허가된 사용목적 외로 사용하지 말고, 사용 시 주의사항 등 허가사항 준수.
- 나. 의료기기법 제31조에 따라 의료기기를 사용하는 도중에 부작용이 발생하였거나 발생할 우려가 있음을 인지한 경우 우리처에 보고. 끝.



식품의약품안전처장

수신자 보건복지부장관(보건의료정책과장), 보건복지부장관(의료기기정책과장), 대한의사협회장, 대한병원협회장, 대한성형외과학회장, 의료기기정보기술지원센터장, 한국의료기기산업협회장, 한국의료기기공업협동조합이사장, 의료기기안전성정보모니터링센터장, 의료기관평가인증원장

주무관 **황상연** 연구관 **임천일** 의료기기안전 전결 2017. 12. 5.
평가과장 **유희상**

협조자

시행 의료기기안전평가과-8104 (2017. 12. 5.) 접수

우 28166 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 303, 식품의약품안전처 / www.mfds.go.kr

전화번호 043-719-5007 팩스번호 043-719-5000 / hsy74@korea.kr / 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.