



서울지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 판매중지 명령 해제 알림[대원카본텍의료기]

1. 관련 : 의료기안전관리과-2002호(2017.03.21.)
2. 위와 관련하여 해당 제품 수입업체의 위반사항에 대한 시정조치가 완료되어 판매중지 명령을 해제하였음을 알려드립니다.

업체명(업허가번호)	수입업체대원카본텍의료기 (제1370호)
품목명(허가번호)	제인02-655호
판매중지 명령일자	2017. 03. 21.
판매중지 명령사유	누설전류(접지누설전류) 전위 출력의 정확성, 안전장치 시험 부적합
판매중지 해제일자	2017.09.01

끝.



