



식품의약품안전처



수신 수신자 참조
(경유)

제목 의료기기 관련 홍보 요청

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리 처에서는 그간 필터주사기 등의 여과성능 기준규격을 마련하여 의료기기 제조(수입) 업체를 대상으로 최신의 기준규격에 따라 변경인증을 득한 후 기준규격에 적합한 제품을 제조 및 판매할 수 있도록 조치한 바 있습니다.
3. 이에, 귀 협회 회원(사)들에게 변경인증 이전에 제조 및 판매되어 의료기관에 보관 중인 제품이 있는 경우 해당 업체에 교환·반품 등 적절한 조치를 취하도록 안내하여 주시고, 안전성 및 성능이 확보된 필터주사기 등이 사용될 수 있도록 적극 홍보하여 주시기 바랍니다. 끝.

식품의약품안전처장



수신자 (사)대한병원협회장 귀하, 대한의사협회장 귀하

연구위원	차정민	주무관	박선이	사무관	전지현	의료기기관리 과장	전결 2019. 9. 24. 최지운
협조자	사무관	최장용					
시행	의료기기관리과-8043	(2019. 9. 24.)	접수				
우 28159	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 식품의약품 안전처 행정동 514호 의료기기관리과 / www.mfds.go.kr						
전화번호	043-719-3806	팩스번호	043-719-3800	/ oneshot80@korea.kr		/ 비공개(5)	

일자리가 성장이고 복지입니다.