



# 부산지방식품의약품안전청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 회수종료 보고(알림)[(주)아이리]

1. 관련: 부산지방식품의약품안전청 의료제품안전과-8573호(2018.7.26.)

2. 우리 청(의료제품안전과)에서 "의료기기 판매중지, 회수 및 회수사실 공표 등 명령"한 아래 의료기기에 대하여 2018. 9.21.자로 회수종료함을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

업체명 (업허가번호)	품목명 (허가번호)	모델명 (제조번호)	회수명령 사유	위해성 정도
(주)아이리 (51호)	폴리아마이드봉합사 (제허87-132호)	NB324 (0703451)	이물혼입	2

끝.



## 부산지방식품의약품안전청

수신자 식품의약품안전처장(의료기기관리과장), 서울지방식품의약품안전청(의료기기안전관리과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대구지방식품의약품안전청(의료제품안전과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장), 식품의약품안전평가원장(심혈관계기기과장), 식품의약품안전평가원장(정형재활기기과장), 식품의약품안전평가원장(구강소화기기과장), 식품의약품안전평가원장(체외진단기기과장), 서울지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 운영지원과장, 경인지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 대구지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 대전지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 강원도지사, 대전광역시, 충청북도지사, 울산광역시, 충청남도지사, 경기도지사, 전라북도지사, 전라남도지사, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 세종특별자치시, 국민건강보험공단이사장, 건강보험심사평가원장, 한국의료기기안전정보원장, 한국의료기기산업협회, 한국의료기기공업협동조합, 한국치과기재산업협회, 대한의료기기판매협회, 대한병원협회, 대한의사협회

주무관 정원철 의료제품안전 전결 2018.9.21. 과장 김정근

협조자

시행 의료제품안전과-11041 (2018. 9. 21.) 접수

우 47366 부산광역시 부산진구 자유평화로 11, 14층 의료제품안전과 (범천동) http://www.mfds.go.kr

전화번호 051-602-6185 팩스번호 051-602-6247 / jwc8213@korea.kr / 비공개(7)

일자리가 성장이고 복지입니다.