



대구지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 사용중지 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 의료기기 제조업체 '(주)신창메디칼'이 제조한 아래 의료기기에 대하여 전량 회수 및 판매중지를 명하고, 의료기관에 사용중지 요청하였음을 알려 드리니,

4. 귀 기관에서는 소속 회원사 등이 아래 제품 정보를 참고하여 해당 제품에 대한 사용을 즉시 중지하고, 제조업체나 판매업체로 하여금 회수될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 대상제품 정보

업종	업체명 (업허가번호)	품목명 (품목허가/모델명)	제조번호 (제조일자)	사용중지사유	생산량
제조	㈜신창메디칼 (제719호)	수액세트 (제인14-2083호/ A110)	SI 2662 (17.8.7.)	- 이물질 유입신고된 제품	7만개

붙임 : 사용중지 대상제품 1부. 끝.



<붙임> 사용중지 대상제품(사진)

제품정보	제품 사진
<ul style="list-style-type: none"> • 제품명(허가번호/모델명): 수액세트(제인 14-2083호/A110) • 제조업체(소재지): (주)신창메디칼(경북 구미시) • 제조일자: 2017년 8월 7일 • 제조번호: SI 2662 	