



식품의약품안전처



수신 수신자 참조
(경유)

제목 분말 처리된 수술용 장갑 및 진료용 장갑 유통금지 등 협조요청

1. 의료기기 안전사용과 관련됩니다.
2. 우리 처에서는 분말처리된 수술용 장갑 및 진료용장갑에 대하여 환자 및 의료종사자에의 염증, 조직유착, 알레르기 등 부작용 예방을 위하여 '19.1.1부터 제조·수입·판매 금지를 조치한 바 있습니다.
3. 동 조치와 관련하여 분말처리된 수술용 장갑 및 진료용 장갑에 대한 유통금지 등 조치 취지에 부응하여 분말처리된 수술용 장갑 및 진료용 장갑의 구매·사용자제 등을 적극 홍보하여 주시기 바랍니다. 끝.



식품의약품안전처장

수신자 대한의사협회장 귀하, 대한병원협회장 귀하, 대한의원협회장 귀하, 대한치과의사협회장 귀하, 대한치과위생사협회장 귀하, 대한간호협회장 귀하, 의료기기 안전생정보 모니터링센터장 귀하

연구관 양원선 의료기기안전 전결 2018.12.10.
평가과장 유희상

협조자

시행 의료기기안전평가과-9951 (2018. 12. 10.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 행정동 515 / www.mfds.go.kr
호 의료기기안전평가과

전화번호 043-719-5004 팩스번호 043-719-5000 / w1212s@korea.kr / 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.