



# 서울지방식품의약품안전청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 사용중지 명령(정정) 알림


1. 관련 :

- 의료기기 판매중지 및 회수 등 명령 : 의료기기안전관리과-9768호(2016.12.09.)

2. 유통 의료기기의 수거·검사결과 부적합으로 “사용중지 명령”한 해당 업체의 이의신청을 검토한 결과 일부 내용을 수용함에 따라 다음과 같이 정정하니, 소속 회원사 등에 알려주시기 바랍니다.

업체명 (업허가번호)	정정 전	정정 후
(주)이엑스케어 (제4057호)	수액세트 (제인13-441호/ EX-000 외 2143건)	수액세트 (제인13-441호 / EX-000-P 등 1,072건) * 모델명 뒤에 -P가 붙지 않는 Non-PVC 제품 모델명 EX-000 등 1,072건은 제외 함)

끝.



## 서울지방식품의약품안전청

수신자 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 경기도지사, 강원도지사, 충청북도지사, 충청남도지사, 전라북도지사, 전라남도지사, 세종특별자치시, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원장, (사)의료기기산업협회장, (사)한국의료기기공업협동조합이사장, 의료기기정보기술지원센터장, (사)대한의료기기판매협회장, 대한병원협회장 귀하, 대한의사협회장 귀하

주무관 김혜경 사무관 이재근 의료기기안전 전결 2016. 12. 27. 관리과장 김혁주

협조자

시행 의료기기 안전 관리과 (2016. 12. 27.) 접수 -10218

우 07978 서울특별시 양천구 목동중앙로 212, (목동, 서울지방식품의약품안전청) / http://www.mfds.go.kr

전화번호 02-2640-4953 팩스번호 02-2640-1366 / hkk33@korea.kr / 비공개(5)