



식품의약품안전처

# 식품의약품안전처

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 의료기기 안전사용 정보 알림[성형용 필러]

1. 의료기기 안전사용과 관련됩니다.
2. 최근 '안면성형'으로 허가받은 성형용 필러를 '가슴 성형' 수술에 사용하여 부작용(멍침, 통증, 흘러내림 등) 이 발생하였다는 언론보도(KBS, 중앙일보 등 : '19. 2. 1. / JBC : '19. 2. 20)가 있었습니다.
3. 이에 따라, 귀 부에 현재까지 '성형용필러(조직수복용(생체)재료)' 제품을 가슴확대 사용 목적으로 허가한 바 없음을 알려드리니, 의료기관에서 허가된 사용목적 등 허가사항이 준수될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.

## 식품의약품안전처장



수신자 대한병원협회장, 대한의사협회장, 대한성형외과학회장, 의료기기안전성정보모니터링센터장, 의료기관평가인증원장, 한국의료기기안전정보원장, 한국의료기기산업협회장, 한국의료기기공업협동조합이사장

주무관	강세구	연구관	양원선	의료기기안전 평가과장	전결 2019. 2. 21. 유희상
협조자					
시행	의료기기안전평가과-1273 (2019. 2. 21.)			접수	
우 28159	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 식품의약품 안전처 의료기기안전평가과 / www.mfds.go.kr				
전화번호	043-719-5007	팩스번호	043-719-5000	/ kangse9@korea.kr	/ 비공개(6)

일자리가 성장이고 복지입니다.