



경인지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조
(경유)

제목 의료기기 판매중지 명령 해제 알림[(주)씨피엘]

1. 관련

- 가. 의료기기 판매중지 명령[의료제품안전과-14343호(2017.10.23.)]
- 나. 판매중지 명령 해제 요청[의료제품안전과-14426,14427호(2017.10.24.)]

2. 우리 청(의료제품안전과)에서 “판매중지, 회수 및 회수사실공표” 명령한 아래 의료기기에 대하여 판매중지가 종료되었음을 알려드리니 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 판매중지 대상 및 사유

업체명 (업허가번호)	품목명	허가번호	판매중지 사유
(주)씨피엘 (제2563호)	주사기	제인04-237호	멸균의료기기를 비청정관리구역에서 조립하여 제조·판매
	주사기	제인04-237호	멸균의료기기를 간헐적으로 청정실의 공조기 등을 가동하지 아니하고 제조·판매
	멸균주사침	제인08-213호	
	직접주입용의약품 주입용기구	제인14-1182호	
	수액세트	제인14-1278호	
	비이식형 혈관접속용기구	제인14-1359호	
	수혈세트	제인16-4350호	
	구강개구기	경인제신15-79호	

- 나. 판매중지 명령일: 2017. 10. 23.
- 다. 판매중지 명령해제일: 2017. 10. 25.
- 라. 판매중지 명령 해제 사유: 판매중지 사유 시정(시정 및 예방조치 완료). 끝.



경인지방식품의약품안전청청이알프



수신자 식품의약품안전처장(의료기기관리과장), 식품의약품안전처장(의료기기안전평가과장), 식품의약품안전처장(고객지원담당관), 서울지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 부산지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 운영지원과장, 의료제품실사과장, 대구지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 광주지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 대전지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 서울지방식품의약품안전청장(의료기기안전관리과장), 부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품실사과장), 식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장), 식품의약품안전평가원장(심혈관계기기과장), 식품의약품안전평가원장(정형재활기기과장), 식품의약품안전평가원장(구강소화기기과장), 국방부장관(물자관리과장), 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 경기도지사, 강원도지사, 충청북도지사, 충청남도지사, 전라북도지사, 전라남도지사, 세종특별자치시, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 보건복지부장관(보험급여과장), 국민건강보험공단이사장, 건강보험심사평가원장, 의료기기정보기술지원센터장, (사)한국의료기기산업협회장, (사)한국의료기기공업협동조합 이사장, (사)한국치과기재산업협회장, (사)대한의료기기판매협회장, 대한병원협회장, 대한의사협회장

주무관 **염태경** 주무관 **김수련** 의료제품안전 전결 2017. 10. 25.
과장 **이윤제**

협조자

시행 의료제품안전과-14523 (2017. 10. 25.) 접수

우 13809 경기도 과천시 관문로 47, 정부과천청사 (중앙동) / <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 02-2110-8087 팩스번호 02-2110-0810 / rtaik73@korea.kr / 대한민국 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.