



## 경인지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 의료기기 회수명령 종료 알림[(주)이지무브]

1. 관련 : 의료기기 판매중지, 회수 및 회수사실공표 명령[의료제품안전과-11668호 (2017.8.23.)]

2. 우리 청(의료제품안전과)에서 “판매중지, 회수 및 회수사실공표” 명령한 아래 의료기기에 대하여 회수명령이 종료되었음을 알려드리니 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

업체명(업허가번호)	(주)이지무브(수입업, 제3178호)
품목명(허가번호)	의료용스쿠터(수인13-1477호)
회수명령 사유	품질부적합(최대정지거리)
회수명령 일자	2017. 8. 23.
회수명령 종료사유	시정조치 완료
회수명령 종료일자	2017. 10. 12.

끝.



## 경인지방식품의약품안전청장이약품



수신자 식품의약품안전처장(의료기기관리과장), 식품의약품안전처장(의료기기안전평가과장), 식품의약품안전처장(고객지원담당관), 서울지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 부산지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 운영지원과장, 의료제품실사과장, 대구지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 광주지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 대전지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 서울지방식품의약품안전청장(의료기기안전관리과장), 부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품실사과장), 식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장), 식품의약품안전평가원장(심혈관기기과장), 식품의약품안전평가원장(정형재활기기과장), 식품의약품안전평가원장(구강소화기기과장), 국방부장관(물자관리과장), 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 경기도지사, 강원도지사, 충청북도지사, 충청남도지사, 전라북도지사, 전라남도지사, 세종특별자치시장, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 보건복지부장관(보험급여과장), 국민건강보험공단이사장, 건강보험심사평가원장, 의료기기정보기술지원센터장, (사)한국의료기기산업협회장, (사)한국의료기기공업협동조합 이사장, (사)한국치과기재산업협회장, (사)대한의료기기판매협회장, 대한병원협회장, 대한의사협회장

주무관 **염태경** 주무관 **김수련** 의료제품안전 전결 2017. 10. 12.  
과장 **이문제**

협조자

시행 의료제품안전과-13852 (2017. 10. 12.) 접수

우 13809 경기도 과천시 관문로 47, 정부과천청사 (중앙동) / <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 02-2110-8087 팩스번호 02-2110-0810 / [rtaik73@korea.kr](mailto:rtaik73@korea.kr) / 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.