



식품의약품안전처

## 식품의약품안전처

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 안전성 서한 홍보 요청[인공엉덩이관절]

1. 귀 기관(협회)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영국 의약품건강관리제품규제청(MRA)이 발표한 금속재질(Metal-on-Metal) 고관절 치환술 후 환자관리에 대한 권고사항을 발표한바 있습니다.

가. 주요권고사항은 금속 및 금속표면처리된 인공엉덩이관절에 대해서 매년 MRI 촬영 및 혈액검사를 실시할 것을 환자 및 의료전문가에게 권고하는 내용임.

3. 이와 관련 의료 전문가들에게 상기 권고사항을 안내하는 안전성 서한을 붙임과 같이 송부하니, 귀 기관(협회)에서는 관련기관에 동 서한을 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 의료기기 안전성 서한(인공엉덩이관절). 끝.



### 식품의약품안전처장

수신자 보건복지부장관(약무정책과장), 건강보험심사평가원장, 대한병원협회장, 대한의사협회장, 대한정형외과 학회장, 한국의료기기산업협회장, 한국의료기기공업협동조합장, 원주의료기기테크노밸리원장

주무관 임경택 연구관 허찬희 의료기기관리과장 서갑종 의료기기안전 전결 2013. 4. 18. 국장 주광수

협조자

시행 의료기기관리과-595 (2013. 4. 18.) 접수

우 363-951 충청북도 청원군 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정 / http://www.mfds.go.kr  
타운 식품의약품안전처 의료기기관리과

전화번호 043-719-3760 팩스번호 043-719-3769 / victory06@korea.kr / 비공개(6)