



대구지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 사용중지 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 의료기기 제조업체 '(주)신창메디칼'이 제조한 아래 의료기기에 대하여 전량 회수 및 판매중지를 명하고, 의료기관에 사용중지 요청하였음을 알려 드리니,
3. 귀 기관에서는 소속 회원사 등이 아래 제품 정보를 참고하여 해당 제품에 대한 사용을 즉시 중지하고, 제조업체나 판매업체로 하여금 회수될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

대상 제품 정보

업종	업체명 (업허가번호)	품목명 (품목허가/모델명)	제조번호 (제조일자)	사용중지사유
제조	(주)신창메디칼 (제719호)	수액세트 (제인14-2083호/ A110)	SI2703 (17.9.22.)	- 이물질 유입 신고 제품

끝.



